



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
Código: SAG-0001-FR-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 20/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Revisión	Plantación #	Acción Mantenimiento	No. Orden
----------------	--------------	----------------------	-----------

Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
M-29763	20/12/11 7:30	20/12/11 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

CATEGORÍA DE CONTAMINACIÓN	CONTAMINADO		NO CONTAMINADO	
	SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FILLUOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES			
					Desconexión			Pila	"Flujo a T"	REJILLAS			FILTRO	BASE		CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS
					(1-2)	(3-4)	(5-6)			(1-A)	(1-B)	(1-C)				(1-D)	(1-E)	
13/10	5.9	07.6	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. Correctos		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		22 min	Genera Alarma	No	30	Cool?	SI										
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala									
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Caravilla eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Caravilla electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
Flanquear	taniz	1			
taniz		2			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Carga Full/brn)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - G0)	ES
2	Flejo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED azul) y (L1-L0-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Causa		
6	Causa		
6	Causa		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FILLUOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES			
					Desconexión			Pila	"Flujo a T"	REJILLAS			FILTRO	BASE		CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS
					(1-2)	(3-4)	(5-6)			(1-A)	(1-B)	(1-C)				(1-D)	(1-E)	
13/10	6.094	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento		
PRIMA MANTENIMIENTO															W. M...			