



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAS-AM-FR-03
Fecha Actualización: 05/08/2010
Página 1 de 2

Fecha Revisión: Revisión # Auxiliar Mantenimiento: No. Orden

Código Equipo: **AN-2982B** Fecha Inicio: **28/12/21** 7:26 Fecha Fin: **28/12/21** 9:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO

PLAGA IDENTIFICADA	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	PROBADO	CAMBADO
2 Switch encendido			SI	No
2 Base			SI	No
			SI	No
			SI	No
			SI	No
			SI	No
			SI	No

En Mantenimiento

HOMÓMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
				Desconexión	Pila	"Fallo a 9"	RELLANAS	FILTROS	VALVE				
6214	6.2	95.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **90 min** Generó Alarma: **No** 2. RUIDO EXTRAÑO: **No** 3. ESTADO DE MANGUERAS: **Bueno** 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: **B***

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: **Bueno** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Bueno** **SI** Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigerante	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fallo # 0 (Cierre Fajroeste)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SR)	ES
2	Fallo Maluco	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LO-SR)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alarma	Obtener respuesta de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HOMÓMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
				Desconexión	Pila	"Fallo a 9"	RELLANAS	FILTROS	VALVE				
6215	6.3	95.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Firma Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*