ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	
No. Orden					

ORDEN DE MANTENIMIENTO EQUIPO

Codigo Equipo	NM-2331B	Fecha Inicio	29/12/21 7:25	Fecha Fin	29/12/21 9:15

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	(SI/NO)	ITEM DE CAMB	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO		ENSAYADO	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

SINTOMA REPORTADO POR OPERADOR DE SERVICIO

DIAGNOSTICO INICIAL ESTADO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(95% - 96%)	(SI-No)	Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-SI)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	(SI-No)	
	26932	6.2	95.6	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	SI		Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Bueno
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK, parte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera remix	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de pilas	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

DIAGNOSTICO FINAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(95% - 96%)	(SI-No)	Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-SI)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)	(SI-No)	
	26933	6.2	95.3	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Finaliza Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [illegible]