ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/05/2019
	Página 1 de 3

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Código Equipo: NN-2973B | Fecha Inicio: 29/12/21 7:20 | Fecha Fin: 29/12/21 9:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ENTREGA RECIBIDA DISPENSADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID SERIAL	SUMINISTRO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

ACTIVIDADES ANTES DADO CONTRATISTA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lts)	PSI (50 lts)	"Flujo a 0" (LO-ED)	REGULAS (50 lts)	FILTROS (50 lts)	BASE (50 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 140)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 400)	RUEDAS (50 lts)	OBSERVACIONES
	14429	6.1	94.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	SI	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	OK	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LB-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desactivacion linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lts)	PSI (50 lts)	"Flujo a 0" (LO-ED)	REGULAS (50 lts)	FILTROS (50 lts)	BASE (50 lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 140)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 400)	RUEDAS (50 lts)	OBSERVACIONES
	14261	6.2	93.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Funcione Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.