ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-030
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	Nº- 9428	Fecha Inicio	13/12/24 10:09	Fecha Fin	20/12/24 12:23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO EMPLEADO EN SERVICIO

FALLA	CANT.	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	ANTICAU.	REPORTE	REPARO	CAMBIADO
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	
						Si / No	

OBSERVACIONES EMPLEADO ENTREGA EQUIPO

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (30 lts)	Desconexión (0 lts)	Pila (30 lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 lts)	FILTROS (30 lts)	BASE (30 lts)	CÓDIGO DE BARRAS Base (92 - 140)	CÓDIGO DE BARRAS Bandeja (91 - 141)	RUIDOS (30 lts)	OBSERVACIONES
	24529	60	63%	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	21 min	General Alarma	No		Si X	Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Rotas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bien X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6 A. V	Verifica voltaje de la pila	48v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al os agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		
	Descripcion del diagnóstico identificado		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tornillo	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluidmeter)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (30 lts)	Desconexión (0 lts)	Pila (30 lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 lts)	FILTROS (30 lts)	BASE (30 lts)	CÓDIGO DE BARRAS Base (92 - 140)	CÓDIGO DE BARRAS Bandeja (91 - 141)	RUIDOS (30 lts)	OBSERVACIONES
	24781	63	94,0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.