ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	7F55F20190703 15	Fecha inicio	01/02/21 13:45	Fecha Fin	01/02/21 12:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	2395	6.2	97.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	Mant. preventivo

1. OXI-MAX	Tiempo de la prueba	2 horas	Genera Alarma	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS ENCONTRADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	[illegible]	Verifica voltaje de la [illegible]	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otro		
7	Otro		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cánula Aplastada)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - LE)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo / LED amarillo) (LL-LI-LE)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	[illegible]	[illegible]	OK
5	[illegible]	[illegible]	OK
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	2377	6.2	96.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmar G.