Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha [illegible]		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN - 4933G	Fecha Inicio	01/02/21 1010	Fecha Fin	01/02/21 11:44

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	"Fuga a X"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: [illegible]	[illegible]	RUEDAS	OBSERVACIONES
	7696	6.2	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. [illegible]	Tiempo de la prueba	92 min	[illegible] Alarma	X	[illegible]		[illegible]	

2. RUIDO LATERAL	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. [illegible]

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	[illegible]	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de [illegible]	Se verifica [illegible]	Fuerte
6	[illegible]		
7	[illegible]		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma [illegible]	10
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	activo
4	[illegible]	Desconexión línea eléctrica	activo
5	[illegible]	[illegible]	activo
6	[illegible]		
7	[illegible]		
8	[illegible]		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	"Fuga a X"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: [illegible]	[illegible]	RUEDAS	OBSERVACIONES
	7697	6.0	92.0	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilson L