ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Nombre Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Fecha Inicio		Fecha Fin	
NV-36623	01/02/21	7:55	01/02/21	12:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SÍNTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: [illegible]	[illegible]	RUEDAS	OBSERVACIONES
	20086	6	4 97.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Rest. Prarentro

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Genero Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	[illegible]	[illegible]	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	on
4	[illegible]	Se verifican las conexiones [illegible] del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Nutrimetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LI - ES)	ES LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma [illegible] (LED Rojo o LED amarillo) (LI-LI-ES)	
3	[illegible]	Activación [illegible]	activo
4	[illegible]	[illegible]	activa
5	[illegible]	[illegible]	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: [illegible]	[illegible]	RUEDAS	OBSERVACIONES
	20089	6.2	93.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.