ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GRO-MAN-FM-029
Versión: 3 | Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: N° - 1760 | Fecha Inicio: 01/02/21 8:40 | Fecha Fin: 02/03/21 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0.7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-LS)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si / NO)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	2185	6.2	91.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

DIAGNOSTICO TALLER

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	X	SI [ ] Cual? El
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	NO [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno [X]	Malas [ ]
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	Malo [ ]			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS					
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.0 V	Verifico voltaje de la pila	4.66
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticos del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido en el ajuste o fuente	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Fam 2	2			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LC - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tejola de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0.7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si / NO)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	2186	6.2	97.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G