Pro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SIGT-MAN-FR-026
Versión: 1 Fecha Actualización: 15/05/2015
Página 1 de 2

Fecha Radicación | Radicación # | Atender Mantenimiento | No. Orden

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1624B | Fecha Inicio: 03/02/21 11:10 | Fecha Fin: 03/02/21 13:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

## SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acople plastico - tebero a Lbo | 1 | | SI [X] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |
| | | | | | | SI [ ] NO [ ] |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HIGROMETRO (mV) | PRESION (L / PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (SLPM) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI / NO) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / NO) | PRUEBAS DE ALARMA: Flujo a 5 L/min (SI / NO) | REJILLAS (SI / NO) | FILTROS (SI / NO) | BASE (SI / NO) | CODIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO) | CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO) | RUEDAS (SI / NO) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5044 | 63 | 93.6 | SI | SI | SI | 10 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | Mant. Correctivo |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 horas | Sonoro Alarma: [X] | Visual: [ ] | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] [ ] Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] [ ] Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno SI | Con Sobrecalentamiento:

## DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5 S. o | Verifica voltaje de la pila | 4.6v |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica caudal neumatica del equipo | OK |
| 3 | Conexion electrica | Se verifican las conexiones electricas del equipo | OK |
| 4 | Conexion electronica | Se verifican las conexiones electronicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido o en alguno o fuera | Ajustado |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnostico identificado:

## LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulacion | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + 5 (Clara Rubinetti) | Se verifica activacion de alarmas (LL - LU - EA) | LO |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flujo o LED encendido a LU-LL-EA) | LO |
| 3 | Desconexion electrica | Activacion alarma sonora | OK |
| 4 | Conexion tanque de Flujo | Desconexion electrica | OK |
| 5 | Activacion de valvula de aire | Obstruir manguera de salida de aire del compresor | OK |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

## PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HIGROMETRO (mV) | PRESION (L / PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (SLPM) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI / NO) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / NO) | PRUEBAS DE ALARMA: Flujo a 5 L/min (SI / NO) | REJILLAS (SI / NO) | FILTROS (SI / NO) | BASE (SI / NO) | CODIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO) | CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO) | RUEDAS (SI / NO) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5046 | 61 | 93.5 | SI | SI | SI | 10 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.