OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAOAMAFR-026
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2015
Página 1 de 2

Fecha Reparación: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: OM200617073 | Fecha Inicio: 03/02/17 7:50 | Fecha Fin: 03/02/17 8:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SOLICITUD REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HIDROSTATICO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	"Flujo + 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(PSI)	(L / Min)	(90% - 94%)	(lts/min)	(lts/min)	(lts/min)	(LPM)	(lts/min)	(lts/min)	(lts/min)	(lts/min)	(lts/min)	(lts/min)	Equipo Oxiayuda
	709.8.0													

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: No [ ] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [ ] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Presenta flujometro malo

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [ ] Con Mantenimiento [ ]

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica comando neumático del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apagado o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado: presenta flujometro malo: al estar en 4l/m en el analizador solo nos indica 2 l/m.n

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 5 (Calibre Rotámetro)	Se verifica activación de alarma (LL - LI - LR)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LI-LR))	
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexion toma de flujo	Desconexion toma electrica	
5	Activacion de valvula de alivio	Observar manejo de salida de aire de concentrador	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HIDROSTATICO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	"Flujo + 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(PSI)	(L / Min)	(90% - 94%)	(lts/min)	(lts/min)	(lts/min)	(LPM)	(lts/min)	(lts/min)	(lts/min)	(lts/min)	(lts/min)	(lts/min)	Equipo de Oxiayuda

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.