# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxPro

| | |
|---|---|
| FORMATO | |
| Código | [illegible] |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: [illegible] |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | SN0137935 | Fecha Inicio | 04/05/21 10:19 | Fecha Fin | 04/05/21 12:26 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**SÍNTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO**

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | # REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

## ÁREA DE MANTENIMIENTO

**PARÁMETROS DE ENTRADA**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXÍGENO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo + 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No) | MANIJA (Si-No) | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hrs) | (L-1 PSI) | (90%-96%) | (Si-No) | | | | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | | | (Si-No) | |
| | 14549 | 63 | 96.3 | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Mant. preventivo |

**DIAGNÓSTICO TALLER**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 2 horas | Generó Alarma | X | Si | | Cuál? |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Bueno X / Malo |

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**SET DE PRUEBAS**

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 3,5 V | Verifica voltaje de la pila | OK |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | fuerte |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

| Descripción del diagnóstico identificado | |
|---|---|

**REPUESTOS USADOS**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**LABORES REALIZADAS**

**PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR**

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LH - ES) | N.A |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LH-ES) | N.A |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea neumática | N.A |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire del compresor | N.A |
| 6 | Otros | | |
| 6 | Otros | | |
| 6 | Otros | | |

**PARÁMETROS DE SALIDA**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXÍGENO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | "Flujo + 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No) | MANIJA (Si-No) | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hrs) | (L-1 PSI) | (90%-96%) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | LL-LH-ES | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | | | (Si-No) | Correcto funcionamiento |
| | 14551 | 63 | 95.9 | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G. |