OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código GAC-MAN-FR-008; Versión 1; Fecha Actualización: 09/02/2019; Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	SN0194520	Fecha Inicio	04/02/21 13:15	Fecha Fin	04/02/21 13:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / PSI)	OXÍGENO (MPL - MPS)	FLUJÓMETRO (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/No)	Pila (S/No)	"Flujo a 0" (L/PSI)	REJILLAS (S/No)	FILTROS (S/No)	BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/No)	MANIJA (S/No)	RUEDAS (S/No)	OBSERVACIONES
	4006													Equipo no enciende

DIAGNÓSTICO TALLER

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento			

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo X 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - UI - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-UI-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión bajada de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / PSI)	OXÍGENO (MPL - MPS)	FLUJÓMETRO (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/No)	Pila (S/No)	"Flujo a 0" (L/PSI)	REJILLAS (S/No)	FILTROS (S/No)	BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/No)	MANIJA (S/No)	RUEDAS (S/No)	OBSERVACIONES
	4006													Equipo no Enciende Medist

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar C.