GXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: GAD-MAN-FR-009 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/03/2015 Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	SN0194260	Fecha Inicio	06/02/21 10:51	Fecha Fin	06/02/21 12:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (N / Pie)	OXIGENO (MCL - MPa)	FLUJÓMETRO (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/No)	Pila (S/No)	"Flujo + 0" (LS/SS)	REJILLAS (S/No)	FILTROS (S/No)	BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/NO)	MANIJA (S/NO)	RUEDAS (S/No)	OBSERVACIONES
	24132	6.3	70.3	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Baja Pureza

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Genero Alarma	X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - L5)	N.A
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo + LED amarillo y (LL-L3-D5)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión botella de flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (N / Pie)	OXIGENO (MCL - MPa)	FLUJÓMETRO (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/No)	Pila (S/No)	"Flujo + 0" (LS/SS)	REJILLAS (S/No)	FILTROS (S/No)	BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/NO)	MANIJA (S/NO)	RUEDAS (S/No)	OBSERVACIONES
	24133	6.3	70.4	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Baja pureza Medist

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.