# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OXI-MAN-FO-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 01/02/2019
Página 1 de 2

Fecha Ejecución | Petición # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: 07230915196 | Fecha Inicio: 05/02/21 11:26 | Fecha Fin: 09/02/21 10:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |
| | | | | | | Si / No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | ORIGINO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | MANIJA | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hrs) | (L / Min) | (80% - 90%) | (L/min) | (S / No) | (S / No) | (L/min) | (S / No) | (S / No) | (S / No) | (S / No) | (S / No) | (S/No) | |
| | 255 | 82 | 98.1 | | | | | | | | | | | |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genera Alarma: No [ ] Si [ ] Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [ ] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [ ] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Equipo se recalienta y se apaga
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [ ] Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNÓSTICO TALLER

## SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripción del diagnóstico identificado: Equipo se recalienta parte frontal, se apaga y no vuelve a encender por un tiempo, parámetros correctos

## REPUESTOS USADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

LABORES REALIZADAS

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba - Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo + 3 (Cierre Suplementos) | Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - L5) | |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-L3-L5) | |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | |
| 4 | Desconexión toma de flujo | Desconexión eléctrica | |
| 5 | Activación de válvula de vidrio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

PARÁMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | ORIGINO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | MANIJA | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hrs) | (L / Min) | (80% - 90%) | (L/min) | (S / No) | (S / No) | (L/min) | (S / No) | (S / No) | (S / No) | (S / No) | (S / No) | (S/No) | |
| | 25682980 | | | | | | | | | | | | | |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]