OLPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAD-MAN-FR-006 |
| Versión 1 | Fecha Actualización: 16/08/2019 |
| Página 1 de 2 | |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Código Equipo | Nov - 4210 B | Fecha Inicio | 04/02/21 12:47 | Fecha Fin | 04/02/21 14:05 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

### PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (L / PSI) | OXIGENO (MPL / MPa) | FLUJOMETRO (S/N) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/N) | Pila (S/N) | "Flujo x 5" (S/N) | REJILLAS (S/N) | FILTROS (S/N) | BASE (S/N) | CODIGO DE BARRAS: BASE (S/N) | BARRA (S/N) | RUEDAS (S/N) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22459 | 6.4 | 96.0 | Si | Si | Si | Es | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. Correctivo |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó alarma | Ideal X | Si | | Cual? | | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno X | Malo | |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | | | | |

### DIAGNOSTICO TALLER

## SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | 4.60 |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | agudo |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripción del diagnóstico identificado

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | switch encendido | 1 | | | |

### LABORES REALIZADAS

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo x 5 (Cierre fujómetro) | Se verifica activación de alarmas (Lo - L2 - L3) | Es |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo x LED entrada x LO-LO-ED) | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Bueno |
| 4 | Desconexión bajada de flujo | Desconexión área eléctrica | Bueno |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir margarita de salida de aire de compresor | Bueno |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

### PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (L / PSI) | OXIGENO (MPL / MPa) | FLUJOMETRO (S/N) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/N) | Pila (S/N) | "Flujo x 5" (S/N) | REJILLAS (S/N) | FILTROS (S/N) | BASE (S/N) | CODIGO DE BARRAS: BASE (S/N) | BARRA (S/N) | RUEDAS (S/N) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22458 | 6.4 | 95.4 | Si | Si | Si | Es | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Correcto Funcionamiento |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer C.