ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-GMO-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 07/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Formato		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-25428	Fecha Inicio	12/02/21 11:06	Fecha Fin	12/02/21 12:24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FIRMA SUPERVISOR OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / Psi)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA Descripción (S / No)	Pila (S / No)	"Flujo x 0" (LED)	REJILLAS (S / No)	FILTROS (S / No)	BASE (S / No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (S / NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (S / NO)	RUEDAS (S / No)	OBSERVACIONES
	14841	64	96.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

DIAGNÓSTICO TALLER

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5 min	Genera Alarma: No [X] Cual? El
2. HUDO EXTRAÑO	Si [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [ ] Malas [X] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno [ ] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena Si Con Sobrecalentamiento

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.T. V	Verifica voltaje de la pila	48V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera termistor	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tubería de flujo	Desconexión línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / Psi)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA Descripción (S / No)	Pila (S / No)	"Flujo x 0" (LED)	REJILLAS (S / No)	FILTROS (S / No)	BASE (S / No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (S / NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (S / NO)	RUEDAS (S / No)	OBSERVACIONES
	14926	3	93	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correctivo funcionamiento lo

FIRMA MANTENIMIENTO: Initiana G.