ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-AMA-PA-009
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/05/2015
Página 1 de 2

Fecha Ingreso | Recibido # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MN-4546B | Fecha Inicio: 16/02/21 9:40 | Fecha Fin: 16/02/21 11:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ESTADO FINAL DE SALIDA DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento

HUMIDIFICADO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Fuga a 6"	RELILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	BANDEJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
gpl	49	67.9	Si	Si	Si	Si	<	Si	Si	NO	Si	Si	Mes 7. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 9 min | Sensor Alarma: No [ ] Si [X] | Cant: 1

2. FUGAS EXHALADO: Si [ ] No [X] | 5. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [X] | 6. SISTEMA DE HUMIDIFICACION: Si [X] No [ ] | Malo [ ]

3. DAÑOS IDENTIFICADOS:

4. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido en el vigilia o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Termo Z	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo 4 l (Cierre Suministro)	Se verifica activacion de alarmas (LL / LS / ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LS-ES)	LS
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	Bueno
4	Desconexion tubo de flujo	Desconexion tubo electrica	Bueno
5	Activacion de valvula de seg.	Observar mangueta de salida de aire no comprimido	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento

HUMIDIFICADO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Fuga a 6"	RELILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	BANDEJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
5693	6.6	94.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.