



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GASTAMAFR006
Versión: 1
Fecha Actualización: 20/08/2014
Página 1 de 2

Fecha:
Revisión:
Asesor:
No. Orden:
Fecha Inicio: 16/02/11 9:46 Fecha Fin: 16/02/11 11:54

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Código Base: **NR-26683**

GRUPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA
SI NO **X** FECHA INICIO ASLAMIENTO:
FECHA FIN ASLAMIENTO:

FALLA	SABO	CLASE SABO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	REPORTES	REPUERTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	INDICADOR	PRISION	DISEÑO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Discontinua (SI/NO)	Placa (SI/NO)	"Y" de E" (SI/NO)				RRR (SI/NO)	RRLL (SI/NO)	RRLL (SI/NO)		
17893	6697.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnt. Preventivo
1. ESTADO		Tiempo de la prueba		2 horas		General Alarma									
2. RUIDO EXTRAÑO		D.		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		OK		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Rox		Mau	
3. LUBRIFICACIONES															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				5. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Servicio preventivo			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de Fugas	Se verifica la estanqueidad del equipo	4.80
2	Comando eléctrico	Se verifica las conexiones eléctricas del equipo	OK
3	Comando mecánico	Se verifica las conexiones mecánicas del equipo	OK
4	Prueba de alarma	Se verifica la señal de alarma a Sarto	OK
5	Alarma		OK
6	Alarma		OK

Trabaja durante 2 horas y no presenta alarma ES ni baja presión.

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	USADO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Prueba de Alarma (General)	Se verifica la activación de alarma (11-44-45)	ES
2	Prueba de Alarma (Sarto)	Se verifica la activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + 120 unidades y 24-43-25)	OK
3	Comando eléctrico	Activador alarma sonora	Activo
4	Comando mecánico	Desconexión freno eléctrico	Activo
5	Alimentación de servicio de alarma	Checklist manguero de prueba de alarma con presión	Activo
6	Alarma		
7	Alarma		
8	Alarma		

En Mantenimiento	INDICADOR	PRISION	DISEÑO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Discontinua (SI/NO)	Placa (SI/NO)	"Y" de E" (SI/NO)				RRR (SI/NO)	RRLL (SI/NO)	RRLL (SI/NO)		
17815	6595.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto para su uso	
FORMA MANTENIMIENTO														Wilmar G.	