| OXPro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO<br>Código: GAD-MAN-FR-008<br>Versión: 1 Fecha Actualización: 08/06/2018<br>Página 1 de 2 |
|---|---|---|

| Fecha Remisión | | Revisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO**

| Código Equipo | NV-4502B | Fecha Inicio | 16/02/21 7:45 | Fecha Fin | 16/02/21 9:34 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ENTORIA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

**AREA DE MANTENIMIENTO**

PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (L / PSI) | ORIGENO (MPa - MPa) | FLUJÓMETRO (S-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No) | Pila (S-No) | "Flujo a 0" (LS-ES) | REJILLAS (S-No) | FILTROS (S-No) | SASE (S-No) | CÓDIGO DE BARRAS: SASE (S-No) | BARRIA (S-No) | RUEDAS (S-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2001 | 6.2 | 97.1 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. preventivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Generó Alarma | NO X | SI | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas X | | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Buenas X | | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Estabilizamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

CONDICIONES TALLER

**SET DE PRUEBAS**

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | 4.80 |
| | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o Cuerte | fuerte |
| | Otros | | |
| | Otros | | |

Descripción del diagnóstico identificado

**REPUESTOS USADOS**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

LABORES REALIZADAS

**PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR**

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Flujo a 0 (Carne Suplemento) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES) | LO |
| | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | activo |
| | Desconexión (pérdida de flujo) | Desconexión línea eléctrica | activo |
| | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | activo |
| | Otros | | |
| | Otros | | |
| | Otros | | |

PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (L / PSI) | ORIGENO (MPa - MPa) | FLUJÓMETRO (S-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No) | Pila (S-No) | "Flujo a 0" (LS-ES) | REJILLAS (S-No) | FILTROS (S-No) | SASE (S-No) | CÓDIGO DE BARRAS: SASE (S-No) | BARRIA (S-No) | RUEDAS (S-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2002 | 6.1 | 97.0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Funciona correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.