OKPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Código	[illegible]
		Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
			Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	DT190815031	Fecha Inicio	17/02/21 9:57	Fecha Fin	17/02/21 12:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTONA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In-T Pts)	OXÍGENO (MPa - MPa)	FLUJÓMETRO (Ib-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ib-Hrs)	Pila (Ib-Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Ib-Hrs)	FILTROS (Ib-Hrs)	BASE (Ib-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ib-Hrs)	MANIJA (Ib-Hrs)	RUEDAS (Ib-Hrs)	OBSERVACIONES
	2836	8.2	98.4	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

1. OCLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V.	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido tri en agudo y fuerte	Leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Carne hipotenusa)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo y LED amarillo y (LL-LO-ES))	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión bajo de flujo	Desconecto línea eléctrica	N.O
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In-T Pts)	OXÍGENO (MPa - MPa)	FLUJÓMETRO (Ib-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ib-Hrs)	Pila (Ib-Hrs)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Ib-Hrs)	FILTROS (Ib-Hrs)	BASE (Ib-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ib-Hrs)	MANIJA (Ib-Hrs)	RUEDAS (Ib-Hrs)	OBSERVACIONES
	2839	8.2	98.1	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmer G.