OxPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN - 4261B	Fecha Inicio	8:02	Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro Lateral (Desgaste)	2		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/No)	Pila (S/No)	"Flujo x 5" (L/S-ES)	REJILLAS (S/No)	FILTROS (S/No)	BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/No)	MANIJA (S/No)	RUEDAS (S/No)	OBSERVACIONES
	11568	6.6	97.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genera Alarma	No X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 1.5 V	Verifica voltaje de la pila	Su
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ox
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ox
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 5 (Carrito Automático)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y ILL-LO-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión sujeta de flujo	Desconexión área eléctrica	activo
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de con presa	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (S/No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S/No)	Pila (S/No)	"Flujo x 5" (L/S-ES)	REJILLAS (S/No)	FILTROS (S/No)	BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/No)	MANIJA (S/No)	RUEDAS (S/No)	OBSERVACIONES
	11569	6.5	95.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.