OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: [illegible]
		Versión: 1 · Fecha Actualización: [illegible]
		Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Serial Equipo	AN-2694B	Fecha Inicio	18/02/21 8:00	Fecha Fin	18/02/21 9:34

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			switch excedido	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hr)	(6-7 PSI)	(86%-94%)	(Si-No)				(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)			(Si-No)	
	17105	6,6	97.1	Si	si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genera Alarma	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo ≠ 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y ALARMA)	Lo
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
	Desconexión sensor de flujo	Desconexión toma eléctrica	activo
	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
	Otros		
	Otros		
	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hr)	(6-7 PSI)	(86%-94%)	(Si-No)				(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)			(Si-No)	Funciona Correctamente
	1709	6.2	97 6	Si	si	Si	Es	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G