ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Codigo	GAD-MAN-FOR-004
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/05/2019

Fecha Revisión		Revisado A		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	DM20061705	Fecha Inicio	19/02/21 9:46	Fecha Fin	19/02/21 10:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FECHA	BAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA (En Mantenimiento)

CONCENTRO	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	Flujo a 6"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	CODIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
													Mant. preventivo
241	8.3	98.3	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	

1. LICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	X	Si		Cual?		
2. FUGA EXTERNA	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica correcto funcionamiento de la alarma	Puesta
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

CAMBIOS REALIZADOS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo 6 L (Cierre Fugómetro)	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y [illegible])	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y [illegible])	N.A
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexion tanque de flujo	Desconexion linea electrica	N.A
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire (en prueba)	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA (En Mantenimiento)

CONCENTRO	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	Flujo a 6"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	CODIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
													Correcto Funcionamiento
242	8.3	98.1	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]