OxPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Serial Equipo	MV-1913 B	Fecha Inicio	19/02/21 8:10	Fecha Fin	19/02/21 10:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

[illegible]	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MARCA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	4497.6	4	91.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	15 min	Genera Alarma	No		Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. [illegible]	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con [illegible]	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8 v
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico [illegible]	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas [illegible]	ES
	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) [illegible]	LO
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
	[illegible] bajada de flujo	Desconexión [illegible]	OK
	[illegible] de salida de aire	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	OK
	Otros		
	Otros		
	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

[illegible]	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MARCA	RUEDAS	OBSERVACIONES
4501	6	94.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	S		Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G. (firma)