Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

	FORMATO
Código	
Versión: 1	Fecha Actualización:
	Página 1 de 2

No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	MN-1225B	Fecha Inicio	23/02/21 9:55	Fecha Fin	23/02/21	10:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

		PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
23808	6.5	97.3	Si	Si	Si		ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

2 horas

X

3. ESTADO DE MANGUERAS X

4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN X

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			4.40
			Ok
			Ok
			Ok
	Prueba de alarma		Agudo

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
filtro entrada		1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
		Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES)	ES
		Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo)	Lo
			activo
			activo
			activo

PARÁMETROS DE SALIDA

		PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
23859	6.3	93.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [firma]