

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

NUMERO: 040125/2014
 Fecha de inicio de trabajo: 23/07/14
 Pagina: 1 de 2

Nombre: _____ Numero: _____ Area: Mantenimiento No Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Modelo: **MV-3056B** Fecha Inic: **23/07/14** Hora Inic: **9:40** Fecha Fin: **23/07/14** Hora Fin: **11:52**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA: BARRAS / ELABE BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REQUERIDO CAMBIADO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS DE ALARMA	RELLANOS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
195062945 si 2 horas	si	si	si	si	si	mant. preventivo
7 ESTADO DE MANDRIJAS	si	si	si	si	si	4 SISTEMA DE REFRIGERACION
7 CONTROL DE TEMPERATURA	si	si	si	si	si	con 30°C

SET DE PRUEBAS

Prueba	Descripcion	Resultado
Prueba de Fugas	Se verifica la existencia de fugas de gas	OK
Prueba de Temperatura	Se verifica la temperatura de los componentes del equipo	OK
Prueba de Voltaje	Se verifica el voltaje de los componentes electricos del equipo	OK
Prueba de Flujo de Gas	Se verifica el flujo de gas en el equipo	OK

REPAROS USADOS

CANT	DESCRIPCION	CANT	DESCRIPCION

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LAMPARAS REALIZADAS EN CONCENTRADOR

Prueba	Descripcion	Resultado
Prueba de Encendido	Se verifica el funcionamiento de las lamparas	OK
Prueba de Voltaje	Se verifica el voltaje de las lamparas	OK
Prueba de Flujo de Gas	Se verifica el flujo de gas en las lamparas	OK
Prueba de Temperatura	Se verifica la temperatura de las lamparas	OK

PRUEBAS DE ALARMA

Modelo: **195261925** Fecha Inic: _____ Hora Inic: _____ Fecha Fin: _____ Hora Fin: _____

REQUERIDO CAMBIADO: **Concepto para comprar los Wilmas ts.**