ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	0M200617134	Fecha inicio	23/02/21 9:05	Fecha fin	23/02/21 11:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

				PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
027	8.4	98.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

1.	Tamaño de la etiqueta	2 horas		No X		Cual?
2.		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno X Malo

6.	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento

SET DE PRUEBAS

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
			OK
	Prueba de fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
			OK
			Fuerte

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba - Simulacion	Descripcion	Resultado
			N.A
			N.A
			OK
			N.A
			N.A

PARAMETROS DE SALIDA

				PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
029	8.4	97.9	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.