# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Página 1 de 2

| Fecha | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden |
|---|---|---|---|
| | | | |

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| | Fecha Inicio | | Fecha Fin | |
|---|---|---|---|---|
| MV. 109B | 24/02/21 | 8:12 | 24/02/21 | 10:43 |

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

| | | PRESION | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | Flujo e O2 | REJILLAS | FILTROS | BASE | CODIGO DE BARRAS: BASE | MANILLA | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | | 6.2 | 97.2 | Si | Si | Si | Lo | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. preventivo |

Tiempo de apagado: 2 horas

3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X | Malo

4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno X | Malo

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Con Sobrecalentamiento

## SET DE PRUEBAS

| No | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| | | | Su |
| | | | Ok |
| | | | Ok |
| | | | Ok |
| | | | Ok |

Descripción del diagnóstico identificado

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No | Prueba - Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| | | Se verifica activación de alarmas | Lo |
| | | | Lo |
| | | Activación alarma sonora | activo |
| | | | activo |
| | | | activo |

PARAMETROS DE SALIDA

| | | PRESION | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | Flujo e O2 | REJILLAS | FILTROS | BASE | CODIGO DE BARRAS: BASE | MANILLA | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | | 6.1 | 96.6 | Si | Si | Si | Lo | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Correcto funcionamiento |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.