Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Ejecución | Hora Inicio | Hora Fin | Nombre Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre Equipo: MN-3850B | Fecha Inicio: 24/02/21 8:08 | Fecha Fin: 24/02/21 12:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	GRAD	CLASE GRAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Switch encendido	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión (A/NO)	Pila (A/NO)	Flujo a 5 L/min (A/NO)	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Leído (Si/No)	Manual (Si/No)	Ruedas	Observaciones
	12433	6598.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

2 horas

X

X | ESTADO DE MANGUERAS: X | Nivel | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: X | Malo

ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | T. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
		Verificar voltaje de la pila	SU
	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
		Se verifica correcto funcionamiento del equipo	fuerte

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba Realizada	Descripción	Resultado
		Se verifica [illegible]	ES
		Se verifica [illegible] LED [illegible]	lo
		Activación alarma sonora	Activo
		Desconexión [illegible]	Activo
		Verificar mangueras de salida de aire de concentrador	Activo

PARÁMETROS DE SALIDA

Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	Flujo a 5 L/min	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Leído	Manual	Ruedas	Observaciones
12435	6298.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.