Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión	Fecha Actualización [illegible]
	Página 1 de 2

[illegible]		[illegible]		[illegible] Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	NV- 20683	[illegible]	24/02/21 8:05	[illegible]	24/02/21 10 32

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

[illegible]	[illegible]	PRESION	[illegible]	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]		Mant
16557	6.5	92.8	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Preventivo

[illegible]	Tiempo de [illegible]	90 min	[illegible] alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO [illegible]	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS [illegible]	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No	Prueba	Descripcion	Resultado
	[illegible]	[illegible]	4.70
	Prueba de fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
	[illegible]	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
	[illegible]	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
	Prueba de [illegible]	Se verifica [illegible]	[illegible]

Descripcion del diagnóstico [illegible]	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripcion	Resultado
	[illegible]	Se verifica [illegible]	ok
	[illegible]	Se verifica [illegible] (LED [illegible])	10
	[illegible]	Activacion [illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo

[illegible]	[illegible]	PRESION	[illegible]	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					[illegible]	[illegible]	[illegible]				BASE	MANIJA		Funciona Correctamente
16958	6.4	90.8	Si		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G