ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

				No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	7F5020180700000126		25/02/21 8:12		25/02/21 10:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

		PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
2577	6.3	96.9		Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1.		90 min		X
2. RUIDO EXTRAÑO		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X

4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN X

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6.	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Si	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1			5V
2			OK
3			OK
4			OK
5	Prueba de alarma		funk
6			
7			

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1			N.A
2			N.A
3			OK
4			OK
5			OK
6			
7			
8			

PARAMETROS DE SALIDA

		PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
2578	6.3	96.3	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.