Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Página 1 de 2

Fecha Formato	Revisión N°	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
MV-3319B	25/02/21 7:41	25/02/21 10:56

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI ___ NO X — FECHA INICIO AISLAMIENTO: ___ — FECHA FIN AISLAMIENTO: ___

SATURA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	SANO	CLASE SANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila	Flujo	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	19931	6.1	97.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. Oscilación: Tiempo de ocupación: 3 horas — Ciclo Pacífico: X — Cual?
2. Ruido Cuidado: X — 3. Estado de Mangueras: X — Nivel: — 4. Sistema de Refrigeración: X — Mal:
5. Daños Identificados:
6. Estado de las Conexiones: Bueno — 7. Control de Temperatura: Bueno — Si — Con Sobrecalentamiento:

BIOMÉDICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila C.S.V.	Verificación de la pila	Su
	Prueba de Fugas	Se verifica cambio de la pila de fugas	ok
	Conexión eléctrica	Se verifica que conexiones eléctricas no existen	ok
	Conexión mecánica	Se verifican las conexiones mecánicas no existen	ok
	Prueba de alarma	Se verifica sonido en el agujero o fuerte	fuerte
	Falla		
	Otro		

Descripción del Elemento Identificado: Trabaja 3 horas y funciona Correctamente.

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Pila + 2 (Carga Nominal)	Se verifica elevación de alarmas (L1 - L2 - L3)	ES
	Flujo Máximo	Se verifica elevación de alarma (L2 Flujo Máximo)	10
	Detección eléctrica	Rotación eléctrica	activo
	Conexión de alarma	Detección mecánica	activo
	Rotación de válvula de alarma	Observar el ángulo de la rotación	activo
	Falla		
	Otro		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila	Flujo	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	19931	6.1	96.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.