Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Fecha | Responsable | Auditor Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Nombre Equipo: MV-49303 | Fecha Inicio: 25/02/21 8:04 | Fecha Fin: 28/02/21 9:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DATOS REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Fecha Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalanceo	PRUEBAS DE ALARMA: Fin	PRUEBAS DE ALARMA: Tiempo	RELLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: Base	CODIGO DE BARRAS: Manual	RUEDAS	OBSERVACIONES
	7814	62	93.9	Si	Si	Si	25	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

Tiempo de la prueba: 92 min | Sellos nuevos: X | Cual:

Cambio de Cuchillas: X | Estado de Mangueras: X | Filtros | Sistema de Refrigeración: X | Mas

Cambios Realizados:

Estado de las Conexiones: Bueno | Control de Temperatura: Suave | Si | Con Bombillo/Termómetro

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	4.70
	Conexión eléctrica	Se verifica conexión eléctrica del equipo	ok
	Conexión neumática	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
	Prueba de alarma	Se verifica que la alarma funcione	ok
	Otros		Bien
	Otros		

Observaciones del Ingeniero Mantenimiento:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba Realizada	Descripción	Resultado
	Fuga	Se verifica conexión de mangueras	Si
	Flujo Masivo	Se verifica conexión de mangueras	Si
	Determinar eléctrico	Activar con alarma sonora	ok
	Tiempo medido de flujo	Determinar eléctrico	ok
	Activación de alarma de corte	Verificar mangueras de salida de aire de concentrador	ok
	Otros		
	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Fecha Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalanceo	PRUEBAS DE ALARMA: Fin	PRUEBAS DE ALARMA: Tiempo	RELLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: Base	CODIGO DE BARRAS: Manual	RUEDAS	OBSERVACIONES
	7816	6.1	91.9	Si	Si	Si	25	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.