Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: CAD-MAN-FO-005

Versión: 1 Fecha Actualización: 30/04/2019

Página 1 de 2

No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

NN- 535 B — Fecha Inicio: 26/04/21 9:48 — Fecha Fin: 26/04/21 11:58

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI ___ NO X — FECHA INICIO AISLAMIENTO ___ — FECHA FIN AISLAMIENTO ___

SOLICITUD REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

TALLA	DAÑO	CAUSE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			filtro lateral (desgaste)	1		SI X	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Fin Mantenimiento	HORA (HH:MM)	PRESIÓN (PSI)	CAUDAL (GPM)	FLUJÓMETRO (L/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila (S/No)	Tiempo x 5" (LED)	RELÉ (S/No)	FILTROS (S/No)	BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/No)	BARRAS (S/No)	BUJÍAS (S/No)	OBSERVACIONES
30549	60	37.5	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

Tiempo de prueba: 15 min — Cant: 10

Pulsos x Minuto: X — Filtro de Mangueras: X — Sistema de Refrigeración: Buena / Mala

Daños Identificados:

Estado de las Conexiones: Bueno — Control de Temperatura: Bueno Si — Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			4.8v
			OK
			OK
			OK
	Prueba de agarre		puerta

Descripción del mantenimiento realizado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera de Insonorización	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
	Pulso x Carrera Ajustable		ES
	Pulso Manual		10
			activo
			activo
			activo

PARAMETROS DE SALIDA

Fin Mantenimiento	HORA (HH:MM)	PRESIÓN (PSI)	CAUDAL (GPM)	FLUJÓMETRO (L/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pila (S/No)	Tiempo x 5" (LED)	RELÉ (S/No)	FILTROS (S/No)	BASE (S/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S/No)	BARRAS (S/No)	BUJÍAS (S/No)	OBSERVACIONES
30550	6	34.5	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.