ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
CM - 4946B	26/02/14 7:47	26/02/14 9:58

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	[illegible]	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	9170	6.4	46.0	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. [illegible]	Tiempo de la prueba	2 horas	[illegible]	X	Si		Cuál?	

2. [illegible]	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. [illegible]

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	470
	Prueba de Fuga	[illegible]	OK
	[illegible]	[illegible]	OK
	[illegible]	[illegible]	OK
	[illegible]	[illegible]	fuerte

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	E5
	[illegible]	[illegible]	10
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	[illegible]	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	9172	6.3	45.2	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmar G.