

Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAS-GMA 41-008  
Versión 1  
Fecha Actualización: 05/06/2011  
Página 1 de 2

Forma: [ ] Revision: [ ] Ancho: [ ] Modelo: [ ] No. Orden: [ ]

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: 7F5AB2020020000109 Fecha Inicio: 27/12/11 9:31 Fecha Fin: 27/12/11 11:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJO SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO [ ]

Table with columns: FALLA, TIPO, CLASIFICACION, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, REPORTE, RESPUESTA CAMBIADO. Includes 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA: En Mantenimiento, HIGIENIZANTE, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 1193, 6.348.1, 90 min, and 'Buena'.

SEY DE PRUEBAS: Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Prueba Pila 5.5 V', 'Prueba de fugas', 'Caudal eléctrico', 'Prueba de alarma'.

REPUESTOS USADOS: Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

LABORES REALIZADAS: Table with columns: No., Prueba / Situación, Descripción, Resultado. Includes tasks like 'Flujo y O2 (Caudal Regulado)', 'Flujo Muestra', 'Desconexión eléctrica'.

PARAMETROS DE SALIDA: En Mantenimiento, HIGIENIZANTE, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 1194, 6.196.7, and 'Buena'.