ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Formato: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN - 2483B | Fecha Inicio: 04/a/21 10:41 | Fecha Fin: 04/21/21 12:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

DATOS A REPORTAR OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	CONDUCTIVIDAD (uS/cm)	PRESIÓN (psi)	OXIGENO (40% - 90%)	FLUJOMETRO (5 - 15 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Tipo x E" (LED)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CODIGO DE BARRAS: BATAS (Si / NO)	MASCARA (Si / NO)	RUEDAS (Si / No)
	1449	60	44.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 5min | Generó Alarma: [X] | Si [X] | Cual? EJ

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] | Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Si [X] | [ ] | Malo [ ]

5. CAMBIOS REALIZADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bien | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9 V	verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	N.A
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tarjeta pl/p	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 2 (Cierre Rejillas)	Se verifica activación de alarmas (LL - LA - EA)	EJ
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma nivel y sensor (LED Rojo + LED amarillo + LL-LA-EA)	No
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión pinza de flujo	Desconecta la línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Observa recirculación de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	CONDUCTIVIDAD (uS/cm)	PRESIÓN (psi)	OXIGENO (40% - 90%)	FLUJOMETRO (5 - 15 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Tipo x E" (LED)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CODIGO DE BARRAS: BATAS (Si / NO)	MASCARA (Si / NO)	RUEDAS (Si / No)
	Fluido	60739	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

OBSERVACIONES: Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.