# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO | Código: GAD-MAN-FR-006 | Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/03/2019 | Página 1 de 2

Fecha Reporte: | Reporte #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2561B | Fecha Inicio: 04/01/21 10:10 | Fecha Fin: 04/01/21 11:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SE FUE REPORTADO UNIDADES DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |
| | | | | | | Si [ ] No [ ] |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA (En Mantenimiento)

| VOLTAJE (V) | PRESIÓN (PSI) | CAUDAL (Lpm) | FLUJOMETRO (Si/No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No) | Pila (Si/No) | "Flujo a 0" (LED) | REJILLAS (Si/No) | FILTROS (Si/No) | BASE (Si/No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si/No) | RUEDAS (Si/No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.1 | 6.1 | 94.7 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. Correctivo |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Genera Alarma: No [X] Si [ ] Cual?:

2. HUMO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [ ] Malo [X] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [ ] Si [ ] Con Sobrecalentamiento [ ]

DIAGNOSTICO TALLER

### SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Voltaje Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 4.8V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática de equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnostico identificado:

### REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Switch expendido | 1 | | | |
| | Manguera Nivo refrigeración | 1 | | | |

LABORES REALIZADAS

### PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo 0 (Cero Ruidos) | Se verifica activación de alarma (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Mínimo | Se verifica el trabajo de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES) | Lo |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | activo |
| 4 | Desconexión sonda de flujo | Desconexión línea eléctrica | activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | activo |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

PARAMETROS DE SALIDA (En Mantenimiento)

| VOLTAJE (V) | PRESIÓN (PSI) | CAUDAL (Lpm) | FLUJOMETRO (Si/No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No) | Pila (Si/No) | "Flujo a 0" (LED) | REJILLAS (Si/No) | FILTROS (Si/No) | BASE (Si/No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No) | CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si/No) | RUEDAS (Si/No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.2 | 6.0 | 92.7 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.