OxPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN-3866B	Fecha Inicio	04/01/21 10:05	Fecha Fin	04/01/21 11:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADO - DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANUA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	13005	4.5	37.2	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cuál?	E1

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila E.T. [illegible]	verifica voltaje de la pila	4.9v
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
	Otra		
	Otra		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tamiz	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cánula Bypasseada)	Se verifica activación de alarmas (LL - LC - E3)	E5
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) [illegible]	Lo
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
	Otra		
	Otra		
	Otra		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANUA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	13006	6.4	95.7	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.