Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código: GAC-MAN-FR-008 / Versión: 1 / Fecha Actualización: 05/05/2015 / Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2285B	Fecha Inicio	05/01/21 12:39	Fecha Fin	05/01/21 13:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Lb / Pulg)	OXÍGENO (MPL / MHz)	FLUJÓMETRO (Si / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Flujo x 0" (LO / EO)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	MANIJA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	13902	6,2	65.0	si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	6 min	Genera Alarma	No		X	Cual?	El

2. RUIDO FATIGADO	Si X	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LOS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.70
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Anillos	2			
	Tamiz	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 0 (Cierre Rupturas)	Se verifica activación de alarmas (LL / LO / EO)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL/LO/EO)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión sensor de flujo	Desconexión área eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir mangueras de salida de aire de concentrador	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Lb / Pulg)	OXÍGENO (MPL / MHz)	FLUJÓMETRO (Si / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Flujo x 0" (LO / EO)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	MANIJA (Si / No)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	13803	6.2	98.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.