OxPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1544B	Fecha Inicio	05/01/21 11:02	Fecha Fin	05/01/21 12:29

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	1810	6.2	94.3	Si	Si	Si	LO	Si	Si	NO	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2min	Genero Alarma	No		X	Cual?	E1

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	[illegible]	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	[illegible] Pila [illegible]	Verifica voltaje de la pila	4.70
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
	Otro		
	Otro		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera [illegible]	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
	[illegible]	Se verifica [illegible] de alarmas [illegible]	lo
	[illegible]	Se verifica [illegible] de alarma visual y sonora LED [illegible]	lo
	[illegible] alarmas	Activación alarma sonora	OK
	[illegible]	Desconexión [illegible] eléctrica	OK
	[illegible]	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
	Otro		
	Otro		
	Otro		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	1811	6.2	94.0	Si	Si	Si	lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [illegible] G.