Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #	
Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN - 2543 B	Fecha Inicio	05/01/21 8:43	Fecha Fin	05/01/21 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtros lateral	2		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANILLA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	4395	6.3	93.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. ESCAPE	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	No X	Si	Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X / Malo

5. DAÑOS ID IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Voltaje Pila	Verifica voltaje de la pila	5V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
	Otro		
	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			
	Tarjeta principal	1			
	Filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo > 3 (Carril Superior)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora LED Rojo o LED amarillo (LL-LO-ES)	LO
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
	Obstruir salida de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
	Obstrucción salida de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
	Otro		
	Otro		
	Otro		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANILLA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	4396	6.3	92.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.