ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-FR-004
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/02/2019
Página 1 de 2

Fecha Retiro: | Retirado X: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: SN 012260 | Fecha Inicio: 07/01/21 13:07 | Fecha Fin: 07/01/21 13:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMAS REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DIARIO	CLASE DIARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]
						SI [ ] NO [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento

CONDUCTIVO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUORURO PPC	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pita	Flujo a 0°	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDEJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(mS/cm)	(L/Min)	(MPa - BAR)	(0-4ppm)	(0-No)	(0-No)	(0-No)	(0-No)	(0-No)	(0-No)	(0-NO)	(0-NO)	(0-No)	Equipo Baja Pureza Medist
14073	4.7	79.3	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	

1. CICLAJE: Tiempo de la prueba: 20 min | Genera Alarma: No [ ] Si [X] | Cual? Baja Pureza

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [ ] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑO DE INTERCAMBIADOR:

6. CONTACTOR CON CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Fusible PSI (1A)	Verifica codigo de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica circuito neumatico internamente	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de agua	Se verifica sonido si es agua o Leche	Perfect
6			
7			

Descripción del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fusible PSI (1A)	Se verifica estado de fusible (si - no)	N.A
2	Fuga Neumatica	Se verifica si existe fuga de aire y sonido (LED Rojo + LED amarillo y SILENCIO)	N.A
3	Conexión eléctrica	Activación puerta trasera	OK
4	Conexión electrónica	Desbloqueo área caliente	N.A
5	Prueba de agua	Diversos mangueras de salida de aire (si - no)	N.A
6			
7			
8			

PARAMETROS DE SALIDA

CONDUCTIVO	PRESIÓN	ORIGEN	FLUORURO PPC	PRUEBAS DE ALARMA: Descripción	Pita	Flujo a 0°	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDEJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(mS/cm)	(L/Min)	(MPa - BAR)	(0-4ppm)	(0-No)	(0-No)	(0-No)	(0-No)	(0-No)	(0-No)	(0-NO)	(0-NO)	(0-No)	Equipo no funciona correctamente (Medist)
14074.7	78.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: