ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN - 4310 B	Fecha Inicio	07/01/21 12:10	Fecha Fin	07/01/21 13:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Hr. Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo a 0 (LO-ES)	Rejillas (Si-No)	Filtros (Si-No)	Nase (Si-No)	Código de barras: Nase (Si-No)	Manija (Si-No)	Ruedas (Si-No)	Observaciones
13430 62810				Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. OXIGENO	Tiempo de la prueba	7 min	Genera Alarma	Si		No	X	Cual?	ES

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila 3.1 V	Verificar voltaje de la pila	4.6v
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigerante	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Obstrucción parcial de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Hr. Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo a 0 (LO-ES)	Rejillas (Si-No)	Filtros (Si-No)	Nase (Si-No)	Código de barras: Nase (Si-No)	Manija (Si-No)	Ruedas (Si-No)	Observaciones
13451 6190.8				Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.