ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Fecha Remisión	
Remisión #	
Auxiliar Mantenimiento	
No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

[illegible]	AN - 33993	Fecha inicio	07/01/21 8:52	Fecha Fin	07/01/21 10:26

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: "Flujo a 0"	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
2769	6.1	98.2	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. [illegible]	Tiempo de [illegible]	90 min	Genera Alarma	No X	Si	Cual?
2. [illegible]	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno X / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila [illegible]	Verifica voltaje de la pila	5V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido (ruido agudo) o fuerte	Fuerte
	Otro		
	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LT - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora LED Rojo o LED amarillo y (LL/LO-ES)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Obstrucción [illegible] de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	[illegible] de salida de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
	Otro		
	Otro		
	Otro		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: "Flujo a 0"	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
2769	6.1	97.9	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.