Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-PR-006
Versión 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN - 3210 B	Fecha Inicio	04/01/21 9:09	Fecha Fin	04/01/21 11:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
			filtro lateral	L		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HIDROMETRO (Kg/cm²)	PRESION (Kg/cm²)	OXIGENO (Mg/L Mg)	FLUJOMETRO (Kg/cm²)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (Si/No)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	MANIJA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	8896	6.0	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	No X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ox
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ox
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo A 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo o LED a medio y (L1-L2-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ox
4	Desconexión eléctrica de flujo	Desconexión de la electrica	Ox
5	Activación de válvula de alivio	Distribución manguera de salida de aire de cartuchos	Ox
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HIDROMETRO (Kg/cm²)	PRESION (Kg/cm²)	OXIGENO (Mg/L Mg)	FLUJOMETRO (Kg/cm²)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (Si/No)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	MANIJA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	8896	6.0	93.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.