	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Versión: 1
		Página 1 de 2

[illegible]		[illegible]		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

[illegible]	MN-3493 B	Fecha inicio	08/01/21 9:02	Fecha Fin	08/01/21 10:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
	X		Base	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

[illegible]	[illegible]	PRESION	[illegible]	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
7.00	6.2	96.9	Si		Si	Si	E5	Si	Si	NO	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	40 min	Genera Alarma	No X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	[illegible]	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	[illegible]	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otro		
	Otro		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripcion	Resultado
1	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y [illegible])	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	[illegible]	Desconecta línea eléctrica	activo
5	[illegible]	[illegible]	activo
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PARAMETROS DE SALIDA

[illegible]	[illegible]	PRESION	[illegible]	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
9.00	6.2	96.7	Si		Si	Si		Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmar G.