Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Nombre: | Barrio: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
MN-1565B	07/01/21 8:56	07/01/21 10:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	GARO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descoresión	Pila	"Flujo x 5"	REALLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	10446.1	96.0	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. ESTADO: Tiempo de la prueba: 90 min | General Alarma: X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTERNO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Sub X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Sub X | Malo

5. ERROR EN NTE ICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Si | Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.90
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo 5 (Carta Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo y LED amarillo y LL-LS-ES)	lo
3	Descoresión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Descoresión sonora de flujo	Descoresión área eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Observar mangueras de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Descoresión	Pila	"Flujo x 5"	REALLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	10442	6096.1	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilma G.