ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXYPro

FORMATO	
Código	ORDMANTENIMIENTO
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: AN-4503B | Fecha Inicio: 04/01/21 9:00 | Fecha Fin: 04/01/21 10:29

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 - 9 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - 9 Lts)	Pila (5 - 9 Lts)	"Flujo a 0" LED (LL-LO-ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGUERA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	7024	6	97.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: SI [X] | Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] [ ] Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] [ ] Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.3V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK pitk
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS — REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Protector Display (Derecho)	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - Es)	ES
2	Pulso Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión fisica eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	Activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 - 9 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - 9 Lts)	Pila (5 - 9 Lts)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGUERA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	7028	6	97.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]